

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu

Đề nghị các nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu cung cấp báo giá các hàng hóa cụ thể:

Số TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bộ dây lọc máu thận nhân tạo	Dây máu chạy thận có kèm 2 bộ bảo vệ cảm biến, 1 túi nước thải, 1 dây truyền dịch. Thể tích làm đầy: 164 mL	Bộ	862	
2	Phim khô Drystar DT2B 14x17 inch (35x43cm)	<ul style="list-style-type: none"><li>Công nghệ in: khô, kỹ thuật số trực tiếp (Direct Digital Imaging - DDI), chất lượng hình ảnh đồng nhất, có độ nét cao</li><li>Thành phần: PET dày 168µm, phủ muối bạc và lớp chống trầy xước và chống ẩm</li><li>Độ dày quang học tối đa: <math>\geq 3.1</math></li><li>Thân thiện với môi trường làm việc, thay phim dưới ánh sáng môi trường làm việc bình thường, phim không bị hư khi ánh sáng lọt vào, có thể lấy tờ phim ra khỏi khay phim mà không bị hư. Không có mùi hôi.</li><li>Tương thích với các máy in phim khô Model: Drystar 5301, Drystar 5302, Drystar 5503, Drystar AXYS.</li></ul>	Tám	1,000	

Tổng cộng : 02 khoản					
----------------------	--	--	--	--	--

Yêu cầu cung cấp báo giá gửi về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế

Địa chỉ: 224 Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

GIÁM ĐỐC

PHÒNG VTTTBYT

NGƯỜI LẬP BẢNG



Võ Văn Thiện

Cáp Nguyễn Anh Tường

Phạm Thị Hồng Hậu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Hau", written below the title "NGƯỜI LẬP BẢNG".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Phạm Thị Hồng Hậu", written below the title "Phạm Thị Hồng Hậu".