

Kon Tum, ngày 10 tháng 5 năm 2023

### YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu


Đề nghị các nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu cung cấp báo giá các hàng hóa cụ thể:

| Số TT | Danh mục hàng hóa       | Thông số kỹ thuật   | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
|-------|-------------------------|---|-------------|----------|---------|
| 1     | HC-Creatinine Enzymatic | Xét nghiệm chỉ số Creatinine trong huyết thanh.<br>Thành phần đóng gói:<br>R1: 3 x 48 ml + R2: 3 x 15.8 ml<br>Nồng độ trong xét nghiệm:<br>R1: Good's buffer $\leq 5\%$<br>Creatinase $\leq 5\%$<br>N-ethyl-N-(3-sulfolopropyl)-3-methylamine (ESPMT) $\leq 5\%$<br>Sarcosine oxidase $\leq 0,01\%$<br>Ascorbate oxidase $\leq 1\%$<br>Detergents, stabilizers and preservatives<br>R2: Good's buffer $\leq 5\%$<br>Creatinase $\leq 1\%$<br>Peroxidase $\leq 5\%$<br>4-aminoantipyrine (4-AA) $\leq 0,01\%$<br>Stabilizers and Preservatives<br>Phương pháp: Enzymatic, Colorimetric | Hộp         | 10       |         |

|   |                       |  |     |   |  |
|---|-----------------------|--|-----|---|--|
| 2 | HC-Glucose            | <p>Xét nghiệm đường huyết<br/>Thành phần đóng gói: 6 x 96.5ml<br/>Nồng độ trong xét nghiệm:</p> <p>Phosphatate buffe (pH7.0) 250 mmol/L<br/>Phenol 5 mmol/L<br/>Glucose oxidase (GOD) &gt; 250 µkat/L<br/>Peroxidase (POD) &gt; 20 µkat/L<br/>4-aminocapryline (4-AA) 500 µmol/L<br/>Phương pháp: GOD-PAP</p>  | Hộp | 2 |  |
| 3 | HC-Triglycerides Mono | <p>Xét nghiệm bệnh tăng Lipid máu, gan nhiễm mỡ<br/>Thành phần đóng gói: 6x91ml<br/>Nồng độ trong xét nghiệm:</p> <p>Buffer TRIS(PH 8.0) 200 mmol/L<br/>4-aminocapryline(4-AA) &lt; 0.4 mmol/L<br/>ATP &lt; 1.5 mmol/L<br/>Mg<sup>2+</sup> &lt; 1.6 mmol/L<br/>4-chlorophenol &lt; 2.5 mmol/L<br/>Chlorophenicol 1.6 mmol/L<br/>Potassium hexacyanoferrate (II) &lt; 1 mmol/L<br/>FAD-2Na &lt; 1 mmol/L<br/>Glycerol kinase (GK) ~ 2500 U/l<br/>Glycerol phosphate oxidase (GPO) ~ 2500 U/l<br/>Peroxidase (POD) ~ 1900 U/l<br/>Lipoprotein lipase (LPL) ~ 2000 U/l<br/>Detergents, preservatives<br/>Phương pháp: GPO-POD</p> | Hộp | 2 |  |

|                    |         |   |     |   |
|--------------------|---------|---|-----|---|
| 4                  | HC-Urea | Xét nghiệm chức năng thận<br>Thành phần đóng gói: R1: 6x74ml + R2:<br>6x19ml<br>Nồng độ trong xét nghiệm:<br>Tris (pH 7.8) 96 mmol/L<br>ADP 0.6 mmol/L<br>Urease 266.7 µkat/L<br>GLDH 16 µkat/L<br>NADH 0.26 mmol/L<br>2-oxoglutarate 9 mmol/L<br>Phương pháp: UREASE | Hộp | 3 |
| Tổng cộng: 4 khoản |         |   |     |   |

Yêu cầu cung cấp báo giá gửi về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế  
 Địa chỉ: 224 Bà Triệu, P. Quang Trung, TP Kon Tum.



Võ Văn Thiện

PHÒNG VTTTBYT

NGƯỜI LẬP BẢNG

Cấp Nguyễn Anh Vương

Đỗ Thị Xuân