

YÊU CẦU BẢO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu

Đề nghị các nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu cung cấp bảo giá các hàng hóa cụ thể:

Số TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bơm tiêm Insulin 1ml	Cỡ kim 30G. Loại bơm tiêm: 1m; Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC	Cái	30,000	
2	Bơm kim tiêm 10 ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 10 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. Pít tổng có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE.	Cái	10,000	
3	Dây truyền dịch	Van khoá điều chỉnh, kim chai sẵn xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5 ml. Có bầu cao su tiếp thuốc. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gây gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥ 1500 mm. Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE.	Bộ	6,000	

Tổng cộng : 3 khoản

Yêu cầu cung cấp báo giá gửi về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế
Địa chỉ: 224 Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum


TỈNH KON TUM
BỆNH VIỆN
ĐA KHOA

PHÒNG VẬT TƯ Y TẾ

NGƯỜI LẬP BẢNG



Phạm Thị Hồng Hậu



Cáp Nguyễn Anh Tường

Võ Văn Thiện