

Kon Tum, ngày 29 tháng 3 năm 2023

### YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu

Đề nghị các nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu cung cấp giá các hàng hóa cụ thể:

Số TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Nhóm theo TT04	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Kim chọc dò cán chữ T, 11G, mũi vát	Mũi vát 2 bên. Bao gồm: Kim mũi vát và nòng (trocar). Vật liệu: Hợp kim y tế	Nhóm 3	Cái	5	
2	Xi măng hóa học HV-R, kềm dung dịch pha	Là loại xi măng có độ nhớt cao. Bao gồm xi măng dạng bột và dung dịch pha. * Xi măng tiết trùng dạng bột có trọng lượng 20g gồm: Methyl methacrylate-Styrene-copolymer 68%, Barium sulphate 30%, Benzoyl peroxide 2% * Lọ dung dịch pha có trọng lượng 9g gồm: + Methyl methacrylate (mono-mer): 99,1% + N, N-dimethyl-p-toluidine: 0,9% + Hydroquinone 7,5ppm - Thời gian làm việc trung bình khoảng 8 phút ở nhiệt độ 22 độ C. Độ kết dính cao, có cản quang	Nhóm 3	Cái	5	

<p>Vật liệu: nhựa y tế cao cấp.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống bơm xi măng không bông gồm 06 bộ phận :</li> <li>+ 01 bộ trộn được trang bị lưới dao trộn với vòng xoay ngoài luân, có cửa số mở phía bên để lắp xylanh</li> <li>+ 01 phễu đổ xi măng và dung dịch trộn</li> <li>+ 01 pittong đẩy xi măng vào xylanh</li> <li>+ 01 xylanh chứa xi măng được kết nối với bộ trộn</li> </ul>	<p>Nhóm 3</p>	<p>Cái</p>	<p>5</p>
<p>3 Bộ bơm xi măng không bông MedV+</p>			
<p>Tổng cộng: 3 khoản</p>			

Yêu cầu cung cấp giá gửi về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế  
Địa chỉ: 224 Bà Triệu, P. Quang Trung, TP Kon Tum.



Yêu Văn Thiện

PHÒNG VTTTBYT

Cấp Nguyễn Anh Tuấn

NGƯỜI LẬP BẢNG

Đỗ Thị Xuân