

Kon Tum, ngày 13 tháng 4 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ


Kính gửi: Các nhà thầu

Đề nghị các nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu cung cấp báo giá các hàng hóa cụ thể:

Số TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Nhóm theo TT04	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	944-309 SP80 SOLUTION PACK FOR THE ABL80	Thành phần: SP1: pH=7.4, pCO2=35mmHg. SP2: pH=6.9, PCO2=75mmHg, PO2=150mmHg, Hct=12%. SP3: pH=7.6, PCO2=15mmHg, PO2=45mmHg SP4: Hct=63% Công dụng: dung dịch chuẩn máy khí máu ABL80 Basic, có 4 ngăn chứa 2 dung dịch chuẩn nồng độ khác nhau, có tích hợp ngăn chứa dung dịch thải chống thấm, chip điện tử kiểm soát thời hạn sử dụng	3	Bộ	2	

2	945-778 SC80 300/60 FULL	<p>Thành phần: SP1: pH=7.4, pCO2=35mmHg. SP2: pH=6.9, pCO2=75mmHg. PO2=150mmHg, Hct=12%. SP3: pH=7.6, PCO2=15mmHg, PO2=45mmHg SP4: Hct=63%</p> <p>Công dụng: dung dịch chuẩn máy khí máu ABL80 Basic, có 4 ngăn chứa 2 dung dịch chuẩn nồng độ khác nhau, có tích hợp ngăn chứa dung dịch thải chống thấm, chip điện tử kiểm soát thời hạn sử dụng</p> <p>Quy cách: 300 test/bộ</p>	3	Bộ	1
<p>Tổng cộng: 2 khoản</p>					

Yêu cầu cung cấp báo giá gửi về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế
 Địa chỉ: 224 Bà Triệu, P. Quang Trung, TP Kon Tum.



Võ Văn Thiện

PHÒNG VTTBYT

Cấp Nguyễn Anh Tường

NGƯỜI LẬP BẢNG

Đỗ Thị Xuân