

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Các nhà thầu**

**Đề nghị các nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu cung cấp bảo giá các hàng hóa cụ thể:**

Số TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Kim dùng cho chạy thận nhân tạo	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kim 16, 17G x 1", 25mm.</li><li>- Có lỗ động mạch</li><li>- Có cánh xoay, cánh cố định</li><li>- Kim tráng silicone</li><li>- Cánh bướm xoay được quanh kim, có back-eye, dây dài 300mm.</li></ul>	Cái	3,000	
2	Điện cực trung tính (tâm lặc)	Điện cực trung tính cho người lớn (Tâm lặc), loại đơn (RS05) đôi (RS25), sử dụng 1 lần, cho máy cắt đốt.	Cái	30	
3	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng 5Fr	Chất liệu PU tương thích sinh học mềm chống xoắn hạn chế tổn thương. Guide wire OD 0.021 inch, dài 50cm, thiết kế thanh trượt dễ dàng sử dụng với đầu dạng chữ J, không độc, không chất cao su tăng an toàn cho bệnh nhân. Kim Y dẫn đường hạn chế mất máu và nhiễm trùng. Nút đẩy an toàn có van 1 chiều, không dùng kim bơm thuốc tăng an toàn. Tốc độ chảy 2 nhánh (5FR 18G: 30ml/phút, 20G: 25ml/phút), cân quang, tiết trùng EO	Bộ	2	

4	Màng lọc Helixon FX8: Quả lọc máu Helixon, Diện tích 1,4m <sup>2</sup>	Hệ số siêu lọc 12, Thành thái (Urea: 254, Creatinine: 225, Phosphate : 194, Vitamin B12 : 120), Lưu lượng máu: 150-400 ml/phút, tiết trùng hơi nước inline	Quá	200	✓
	Tổng cộng : 04 khoản				


Yêu cầu cung cấp báo giá gửi về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế

Địa chỉ: 224 Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

GIAM ĐOC

PHÒNG VẬT TƯ Y TẾ

NGƯỜI LẬP BẢNG



Yỗ Văn Thiện

Cấp Nguyễn Anh Tường

Phạm Thị Hồng Hậu