

YÊU CẦU BẢO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu


Đề nghị các nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu cung cấp báo giá các hàng hóa cụ thể:

Số TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	ClinCare - 500ml	Sát khuẩn tay nhanh: thành phần: Ethanol 76%; Chlorhexidine Gluconate 0.5%; Alpha – Terpineol 0.5%; Vitamin E và tá dược đường đa	Chai	240	
2	Quả lọc máu (Multifiltrate kit 4 CVVHDF 600)	Bộ Kit Multifiltrate kit 4 CVVHDF 600). Gồm quả lọc máu Ultraflux AV600S, Diện tích màng 1,4m2. hệ thống dây động mạch, tĩnh mạch. Dây dịch bù. Dây dịch lọc.	Quả	5	
3	Phim khô Drystar DT2B 14x17 inch (35x43cm)	<ul style="list-style-type: none">Công nghệ in: khô, kỹ thuật số trực tiếp (Direct Digital Imaging - DDI), chất lượng hình ảnh dòng nhát, có độ nét caoThành phần: PET dày 168µm, phủ muối bạc và lớp chống trầy xước và chống ẩmĐộ dày quang học tối đa: ≥ 3.1Thân thiện với môi trường làm việc, thay phim dưới ánh sáng môi trường làm việc bình thường, phim không bị hư khi ánh sáng lọt vào, có thể lấy tờ phim ra khỏi khay phim mà không bị hư. Không có mùi hôi.Tương thích với các máy in phim khô Model: Drystar 5301, Drystar 5302, Drystar 5503, Drystar AXYS.	Tấm	1,000	


Tổng cộng : 03 khoản

Yêu cầu cung cấp báo giá gửi về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế
Địa chỉ: 224 Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

GIÁM ĐỐC


Võ Văn Thiện

NGƯỜI LẬP BẢNG


Phạm Thị Hồng Hậu

PHÒNG VTTTBYT


Cáp Nguyễn Anh Tường