

### YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu


Đề nghị các nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu cung cấp báo giá các hàng hóa cụ thể:

Số TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Daclon Nylon 4/0	Chỉ phẫu thuật không tan đơn sợi Daclon Nylon số 4/0, kim tam giác DS19mm, chỉ dài 75cm. Kim sắc nhọn bằng thép không gỉ tiết trùng có phủ silicone. Tiêu chuẩn ISO, CE. (hoặc tương đương), quy cách: 12 kẹp/hộp	Tép	144	
2	Silk Black 2/0	Chỉ phẫu thuật không tan Black Silk số 2/0, kim tròn HR26mm, chỉ dài 75cm. Kim sắc nhọn bằng thép không gỉ tiết trùng có phủ silicone. Tiêu chuẩn ISO, CE. (hoặc tương đương)	Tép	12	
3	Surgicryl 910 1	Chỉ phẫu thuật tự tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1 Kim tròn HR40mm, chỉ dài 90cm. Kim bằng thép không gỉ tiết trùng có phủ Silicone. Bề mặt được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Chỉ sẽ mất sức căng khoảng 50% sau 21 ngày cấy ghép và tự tan trong vòng từ 56 đến 70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. (hoặc tương đương)	Tép	480	

4	Surgicryl 910 4/0	Chỉ phẫu thuật tự tan tổng hợp da sợi Polyglactin 910 số 4/0 Kim tròn HR22mm, chỉ dài 75cm. Kim bằng thép không gỉ tiết trùng có phủ Silicone. Bề mặt được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Chỉ sẽ mất sức căng khoảng 50% sau 21 ngày cấy ghép và tự tan trong vòng từ 56 đến 70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. (hoặc tương đương)	Tép	36	
Tổng cộng : 04 khoản					

Yêu cầu cung cấp báo giá gửi về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế  
Địa chỉ: 224 Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

TỈNH GIÁM ĐỐC



Võ Văn Thiện

PHÒNG VTTTBYT

Cấp Nguyễn Anh Tường

NGƯỜI LẬP BẢNG

Phạm Thị Hồng Hậu