

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 10 tháng 7 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Thị Xuân, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0367.566.869 ; địa chỉ email: thanhxuanbvkt87@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày tháng năm 2023 đến trước 17h ngày tháng năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày tháng năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	HC-Microalbumin	Xét nghiệm bệnh cầu thận do đái tháo đường Thành phần đóng gói: R1: 2x48.6ml + R2: 2x10ml Nồng độ trong xét nghiệm: R1: Tris buffer (pH 7.6) 18.2 mmol/L Sodium chloride 123.2 mmol/L PEG < 4% R2: Sodium chloride 154 mmol/L Anti-human albumin antibodies preservatives	1	Hộp


2	HC-Cholesterol	<p>Xét nghiệm bệnh tăng Lipid máu, gan nhiễm mỡ</p> <p>Thành phần đóng gói: 6x96.5ml</p> <p>Nồng độ trong xét nghiệm:</p> <p>Good's buffer (pH 6.4) 100 mmol/L</p> <p>Phenol 5 mmol/L</p> <p>4-aminoantipyrine 0.3 mmol/L</p> <p>Cholesterol esterase (CHE) > 3.2 μkat/L</p> <p>Cholesterol oxidase (CHO) > 1.67 μkat/L</p> <p>Peroxidase (POD) > 50 μkat/L</p>	2	Hộp
3	HC-HDL Direct	<p>Xét nghiệm bệnh tăng Lipid máu, gan nhiễm mỡ</p> <p>Thành phần đóng gói: R1: 2x37ml + R2: 2x12 ml</p> <p>Nồng độ trong xét nghiệm:</p> <p>R1:</p> <p>Cholesterol oxidase (E.coli) < 1000U/L</p> <p>Peroxidase (horseradish) < 1300 ppg U/L</p> <p>N,N-bis (sulfoethyl)-toluidine, disodium (DSBmT) < 1 mM</p> <p>Accelerator < 1 mM</p> <p>Preservative < 0.06%</p> <p>Ascorbi acid oxidase (Curcubita sp.) < 3000 U/l</p> <p>R2:</p> <p>Cholesterol esterase (Pseudomonas sp.) < 1500 U/l</p> <p>4-aminoantipyrine (4-AAP) < 1 mM</p> <p>Detergent < 2%</p> <p>Preservative < 0.06%</p>	2	Hộp


4	HC-LDL Direct	Xét nghiệm xác định nồng độ LDL Cholesterol trong máu Thành phần đóng gói: R1: 2x37 ml + R2: 2x12 ml Nồng độ trong xét nghiệm: R1: Buffer Detergent 1 < 1.0% Cholesterol esterase (Pseudomonas sp.) < 1500 U/l Cholesterol oxidase (Cellulomonas sp.) < 1500 U/l Peroxidase (horseradish) < 1300 ppg U/l 4-aminoantipyrine < 0.1% Ascorbi acid oxidase (curcubita sp.) < 3000 U/l R2: Buffer Detergent 2 < 1.0% N,N-bis(sulfobutyl)-toluidine, disodium (DSBmT) < 1 mM Preservative	5	Hộp
Tổng cộng : 04 khoản				

2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 7, 8.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.
5. Các thông tin khác (nếu có): không.

GIÁM ĐỐC

Võ Văn Thiện

PHÒNG VTTTBYT

Cáp Nguyễn Anh Tường

NGƯỜI LẬP BẢNG

Đỗ Thị Xuân