

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Các nhà thầu**

**Đề nghị các nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu cung cấp báo giá các hàng hóa cụ thể:**

Số TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kĩ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bột khô pha dịch đậm đặc dùng cho máy chạy thận nhân tạo Bibag® 5008 loại 900g	Thành phần: Natri hydrogen carbonate 900g Chất liệu Bibag®: PP/PE, lớp ngoài: PE	Túi	375	
2	Găng tay khám size S	Chất liệu: cao su tự nhiên. Loại cổ bột, se viền cổ tay; màu trắng tự nhiên, sử dụng bột báp biến tính Chiều dài: 240mm min hàm lượng bột: 10mg/dm <sup>2</sup> Hàm lượng protein: 200µg/dm <sup>2</sup> Trước lão hóa: 6N min Sau lão hóa: 6N min	Đôi	15,000	

3	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng 7Fr x 20cm	<p>Chất liệu PU tương thích sinh học mềm chống xoắn hạn chế tồn thương. Guide wire OD 0.035 inch, dài 50cm, thiết kế thanh trượt dễ dàng sử dụng với đầu dạng chữ J, không độc, không chất cao su tăng an toàn cho bệnh nhân.</p> <p>Kim Y dẫn đường hạn chế mất máu và nhiễm trùng. Nút đẩy an toàn có van 1 chiều, không dùng kim bơm thuốc tăng an toàn. Tốc độ chảy 2 nhánh (7FR 14G: 95ml/phút, 18G: 38ml/phút), cân quang, tiết trùng EO</p>	Bộ	10	
Tổng cộng : 03 khoản					


Yêu cầu cung cấp báo giá gửi về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế

Địa chỉ: 224 Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

GIÁM ĐỐC

PHÒNG VTTTBYT

NGƯỜI LẬP BẢNG



Võ Văn Thiện

Cáp Nguyễn Anh Tường

Phạm Thị Hồng Hậu