

### YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu


Đề nghị các nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu cung cấp báo giá các hàng hóa cụ thể:

Số TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Nhóm phân loại (theo thông tư 14)	Số lượng	Ghi chú
1	Chất nhầy phẫu thuật nội nhãn	Chất nhầy phẫu thuật nội nhãn, thành phần Hyaluronate Sodium 1,8% (18mg/ml), ống 0,85 ml, trọng lượng phân tử trung bình 3,2 triệu Dalton, độ nhớt 2 triệu mPas; độ thấm thấu 200-400 mosmol / kg và độ pH 6,8-7,6.	Ống	1	50	
2	Bộ dây tưới hút dùng nhiều lần, sử dụng với máy phaco Compact Intuitiv	Bộ dây tưới hút sử dụng nhiều lần, dùng với máy phaco Compact Intuitiv	Bộ	4	1	
3	Bọc đầu tip	Sleeve và buồng thử bằng silicone, các cỡ 19G, 20G, 21G, dùng với máy phaco Sovereign Compact, Compact Intuitiv, WHITESTAR Signature Pro.	Cái	4	5	

4	Thủy tinh thể mềm 3 mảnh	<p>Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong suốt, 3 mảnh, cẳng chữ C.</p> <p>Chất liệu Acrylic không ngấm nước, Lọc tia UV</p> <p>Bờ trước tròn chống chói, bờ sau vuông.</p> <p>Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng <math>\geq 13\text{mm}</math></p> <p>Góc cẳng 5 độ</p> <p>Dải Diop +10D đến +30D</p> <p>Chỉ số <math>58 &gt; \text{Abbe} &gt; 54</math></p> <p>Chỉ số khúc xạ <math>\leq 1.47</math></p> <p>Chỉ số cầu sai <math>\leq -0.27\mu\text{m}</math></p> <p>Dùng kèm Injector kiểu xoay.</p> <p>Vết mờ <math>\leq 0.8\text{mm}</math></p>	Cái	1	1
	Tổng cộng : 04 khoan				

Yêu cầu cung cấp báo giá gửi về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế

Địa chỉ: 224 Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum



Võ Văn Thiện

PHÒNG VẬT TƯ Y TẾ

NGƯỜI LẬP BẢNG

Cấp Nguyễn Anh Tường

Phạm Thị Hồng Hậu