

Kon Tum, ngày 7 tháng 6 năm 2023

### YÊU CẦU BẢO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu


Đề nghị các nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu cung cấp bảo giá các hàng hóa cụ thể:

Số TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	HC-Creatinine Enzymatic	Xét nghiệm chỉ số Creatinine trong huyết thanh. Thành phần đóng gói: R1: 3 x 48 ml + R2: 3 x 15.8 ml Nồng độ trong xét nghiệm: R1: Good's buffer ≤ 5% Creatinase ≤ 5% N-ethyl-N-(3-sulfo-propyl)-3-methyl lamiline (ESPM) ≤ 5% Sarcosine oxidase ≤ 0.01% Ascorbate oxidase ≤ 1% Detergents, stabilizers and preservatives R2: Good's buffer ≤ 5% Creatinase ≤ 1% Peroxidase ≤ 5% 4-aminopyrroline (4-AA) ≤ 0.01% Stabilizers and Preservatives	Hộp	10	
2	HC-Ethanol	Xét nghiệm nồng độ cồn trong máu Thành phần đóng gói: 2x49ml Nồng độ trong xét nghiệm: Buffer (pH 7.3) NADanalag 1.35 mmol/L Alcohol dehydrogenase > 203 KU/l Stabilizers, preservatives	Hộp	2	
3	Cormay Urine Control Level 1	Chất kiểm tra (định lượng) Urine Protein Thành phần đóng gói: 3x10 ml	Hộp	1	

4	Cormay Urine Control Level 2	Chất kiểm tra (định lượng) Urine Protein Thành phần đóng gói: 3x10 ml	Hộp	1	
5	Cormay Urine Proteins Calibrators	Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Urine Protein phần đóng gói: 1x1ml	Hộp	1	
6	HC-ASAT	Xét nghiệm chức năng gan Thành phần đóng gói: R1: 6x76 ml + R2: 6x19.5 ml Nồng độ trong xét nghiệm: Tris (pH 7.8) 80 mmol/L L-aspartate 240 mmol/L MDH > 10 µkat/L LDH > 20 µkat/L 2-Oxoglutarate 15 mmol/L NADH 0.18 mmol/L Sodium hydroxide < 1%	Hộp	1	
7	HC-ALAT	Xét nghiệm chức năng gan Thành phần đóng gói: R1: 6x76 ml + R2: 6x19.5ml Nồng độ trong xét nghiệm: Tris (pH 7.5) 100 mmol/l L-alanine 500 mmol/l LDH > 36.7 µkat/l Oxoglutarate 15 mmol/l NADH 0.18 mmol/l	Hộp	1	

8	HC-Cholinesterase	Xét nghiệm định lượng Cholinesterase Nồng độ trong xét nghiệm: - R1: Pyrophosphate buffer, pH 7.7 65 mmol/L Hexacyanoferrate (III) 2 mmol/L - R2: Good's Buffer pH 4.0 20 mmol/L Butyrylthiocholine iodide 65 mmol/L	Hộp	1
Tổng cộng: 8 khoản				

Yêu cầu cung cấp báo giá gửi về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế  
 Địa chỉ: 224 Bà Triệu, P. Quang Trung, TP Kon Tum.



Võ Văn Thiện

PHÒNG YTTBMT

NGƯỜI LẬP BẢNG

Đỗ Thị Xuân

Cấp Nguyễn Anh Tường