

Kon Tum, ngày 28 tháng 9 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Thị Hồng Hậu, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0705 109 979; địa chỉ email: Kimna1991@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 28. tháng 9. năm 2023 đến trước 17h ngày 27. Tháng 10. năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 27. tháng 10. năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng / khối lượng	Đơn vị tính
1	Bơm kim tiêm 5ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 5 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. Pít tổng có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE.	20.000	Cái
2	Bơm kim tiêm 50 ml (tiêm)	Bơm tiêm nhựa dùng một lần 50ml, đốc xi lanh nhỏ lắp vừa kim tiêm các cỡ. Pít tổng có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE.	2.000	Cái


3	Bơm tiêm Insulin 1ml	Cờ kim 30G. Loại bơm tiêm: 1m; Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC	3,000	Cái
4	Bơm tiêm sử dụng 1 lần, 20ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml, cờ kim 23G; 25G. Pít tông có khía bề gãy dễ hủy sau khi sử dụng; Bề mặt gioăng phẳng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE.	8,000	Cái
5	Ống nghiệm chân không EDTA K2 IFTM 6.0ml	Ống nghiệm nhựa PET, kích thước 13 x 100 (mm), nắp nhựa màu tím có nút cao su bên trong. Chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate (EDTA K2) bên trong. Ống nghiệm đã được hút chân không để có thể rút chính xác thể tích mẫu.	2,400	ống
6	Bơm kim tiêm 1 ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml cờ kim 26Gx1/2"; gioăng có nùm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. Bơm tiêm đạt khoảng chết $\leq 0,03$ ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE.	4,200	Cái
7	Bơm kim tiêm 10 ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 10 ml, cờ kim 23G, 25G sắc nhọn. Pít tông có khía bề gãy dễ hủy sau khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE.	18,000	Cái
Tổng cộng : 7 khoản				

2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 9,10

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.

5. Các thông tin khác (nếu có): không.



Võ Văn Thiện

PHÒNG VTTBYT

Cáp Nguyễn Anh Tường

NGƯỜI LẬP BẢNG

Phạm Thị Hồng Hậu