

Kon Tum, ngày 24 tháng 7 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở để chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Thị Hồng Hậu, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0705 109 979 ; địa chỉ email: Kimna1991@gmail.com
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h ngày 02 tháng 8 năm 2023.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng / khối lượng	Đơn vị tính
1	Silk Black 2/0	Chỉ phẫu thuật không tan Black Silk số 2/0, kim tròn HR26mm, chỉ dài 75cm. Kim sắc nhọn bằng thép không gỉ tiết trùng có phủ silicone. Tiêu chuẩn ISO, CE. (hoặc tương đương), quy cách: 12 tệp/hộp	48	Tệp
2	Silk Black 2/0 T	Chỉ phẫu thuật không tan Black Silk số 2/0, kim tam giác DS24mm, chỉ dài 75cm. Kim sắc nhọn bằng thép không gỉ tiết trùng có phủ silicone. Tiêu chuẩn ISO, CE. (hoặc tương đương), quy cách: 12 tệp/hộp	120	Tệp


3	Silk Black 3/0	Chỉ phẫu thuật không tan Black Silk số 3/0, kim tròn HR26mm, chỉ dài 75cm. Kim sắc nhọn bằng thép không gỉ tiết trùng có phủ silicone. Tiêu chuẩn ISO, CE. (hoặc tương đương), quy cách: 12 tệp/hộp	60	Tệp
4	Surgicryl 910 1	Chỉ phẫu thuật tự tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1 Kim tròn HR40mm, chỉ dài 90cm. Kim bằng thép không gỉ tiết trùng có phủ Silicone. Bề mặt được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Chỉ sẽ mất sức căng khoảng 50% sau 21 ngày cấy ghép và tự tan trong vòng từ 56 đến 70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. (hoặc tương đương)	1,260	Tệp
5	Surgicryl 910 5/0	Chỉ phẫu thuật tự tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 5/0 Kim tròn HR17mm, chỉ dài 75cm. Kim bằng thép không gỉ tiết trùng có phủ Silicone. Bề mặt được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Chỉ sẽ mất sức căng khoảng 50% sau 21 ngày cấy ghép và tự tan trong vòng từ 56 đến 70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. (hoặc tương đương), quy cách: 12 tệp/hộp	24	Tệp
Tổng cộng : 05 khoản				

2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 7,8.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.

5. Các thông tin khác (nếu có): không.



Võ Văn Thiện

PHÒNG VTTTBYT

Cáp Nguyễn Anh Tường

NGƯỜI LẬP BẢNG

Phạm Thị Hồng Hậu