

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu

Đề nghị các nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu cung cấp báo giá các hàng hóa cụ thể:

Số TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Nhóm phân loại (theo thông tư 14)	Số lượng	Ghi chú
1	Túi đựng phim	<ul style="list-style-type: none">Túi giấy C250 gsm in 4 màu, 2 mặt, không cán màng bóng, đóng mắt gà, xô đáy.Kích thước: 37cm x 47cm.Công nghệ in: khô, kỹ thuật số trực tiếp (Direct Digital Imaging - DDI), chất lượng hình ảnh đồng nhất, có độ nét caoThành phần: PET dày 168µm, phủ muối bạc và lớp chống trầy xước và chống ẩmĐậm độ quang học tối đa: ≥ 3.1Thân thiện với môi trường làm việc, thay phim dưới ánh sáng môi trường làm việc bình thường, phim không bị hư khi ánh sáng lọt vào, có thể lấy tờ phim ra khỏi khay phim mà không bị hư. Không có mùi hôi.Tương thích với các máy in phim khô Model: Drystar 5301, Drystar 5302, Drystar 5503, Drystar AXYS.	Túi		3,000	
2	Phim khô Drystar DT2B 14x17 inch (35x43cm)		Tấm	6	500	
3	ClinCare - 500ml	<p>Sát khuẩn tay nhanh: thành phần: Ethanol 76%; Chlorhexidine Gluconate 0.5%; Alpha - Terpineol 0.5%; Vitamin E và tá dược đường da</p>	Chai	5	240	

4	Điện cực trung tính (tấm lác)	Điện cực trung tính cho người lớn (Tấm lác), loại đơn (RS05) đời (RS25), sử dụng 1 lần, cho máy cắt đốt.	Cái	3	30
	Tổng cộng : 04 khoản				

Yêu cầu cung cấp báo giá gửi về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế

Địa chỉ: 224 Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

GIÁM ĐỐC




Võ Văn Thiện

NGƯỜI LẬP BẢNG



Phạm Thị Hồng Hậu

PHÒNG VTTTBYT



Cáp Nguyễn Anh Tường