

Kon Tum, ngày 29 tháng 8 năm 2023

**YÊU CẦU BÁO GIÁ****Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Thị Xuân, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0367.566.869 ; địa chỉ email: thanhxuanbvkt87@gmail.com

**3. Cách thức tiếp nhận báo giá:**

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 30 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h ngày 8 tháng 9 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2023.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:****1. Danh mục vật tư y tế:**

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính

1	ĐĨA ĐỆM CỘT SÓNG LƯNG T-Space PEEK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hình trái chuối có thiết kế đầu vào hình viên đạn (Bullethead), có 1 điểm tròn và 2 vạch cân quang Tantalum để định vị chính xác vị trí của đĩa đệm trong phẫu thuật, dùng trong phẫu thuật ít xâm lấn, đường TLIF.</li> <li>Có 1 khoang ghép xương.</li> <li>Độ nghiêng 5°.</li> <li>Cao: 7mm/8mm/9mm/10mm/11mm/12mm/13mm/15mm/17mm- Rộng : 11,5 mm- Dài: 26, 30, 34 mm. Bước tăng chiều cao 1mm và 2mm với dài 13mm-15mm- 17mm</li> <li>Vật liệu: PEEK</li> <li>Đóng gói : tiết trùng 1 cái/ hộp .</li> <li>Có bộ trợ cụ hỗ trợ thông minh đi kèm , giúp đặt đĩa đệm nhanh chóng , chính xác trong phẫu thuật (hoặc tương đương)</li> </ul>	3	Cái
2	VÍT ĐA TRỤC S4 ELEMENT POLYAXIAL SCREW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đuôi vít (profile) cực nhỏ, có cấu trúc rất đặc biệt nhằm dễ dàng kết nối với trợ cụ.</li> <li>Thân vít đa trục, tự taro, kiểu đơn, ren vít thiết kế lồng vào nhau (interlocking) và ren vít (undercut thread)</li> <li>Đường kính thân vít: 4,5mm/5mm/6mm/7mm/ 8mm, để phân biệt theo màu sắc. Chiều dài vít :25-110 mm, với mỗi bước tăng: 5 mm.</li> <li>Vật liệu: hợp kim Titanium</li> <li>Có thể Sử dụng hiệu quả trong phẫu thuật</li> </ul>	6	Cái
3	THANH DỌC S4 STRAIGHT ROD, Ø= 5.5 MM, LENGTH 500MM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đi kèm với hệ thống S4</li> <li>Khối trụ đồng nhất, bằng hợp kim Titanium</li> <li>Đường kính : 5,5 mm</li> <li>Dài :500 mm</li> <li>Vật liệu : hợp kim Titanium (hoặc tương đương)</li> </ul>	2	Cái
4	Nắp ốc trong S4 Set Screw version	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ốc khóa trong cột sống lưng nắn trượt</li> <li>Đường kính Ø=10mm; Chiều cao 4.52mm</li> <li>Có thiết kế ren vít bên ngoài ăn khớp với ren trong của đầu vít, tránh tự tháo</li> <li>Đầu vận lục giác Ø=4.0mm</li> <li>Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương</li> </ul>	6	Cái
5	THANH NGANG S4 ADJUSTABLE CROSS CONNECTOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thanh ngang kiểu gấp khúc, chiều dài điều chỉnh được, dùng chung với vít đa/đơn trục có đuôi dài/ ngắn. (hoặc tương đương)</li> <li>Chiều dài: 43-75 mm</li> </ul>	1	Cái



Tổng cộng : 05 khoản		
----------------------	--	--

- Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.
- Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 7, 8.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.
- Các thông tin khác (nếu có): không.



PHÒNG VTTTBYT  
  
Cáp Nguyễn Anh Tường

NGƯỜI LẬP BẢNG  
  
Đỗ Thị Xuân