

Kon Tum, ngày 7 tháng 4 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu

Để nghị các nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu cung cấp báo giá các hàng hóa cụ thể:

Số TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Nhóm theo TT04	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	HC-Albumin	Xét nghiệm rối loạn gan và thận Thành phần đóng gói: 6x100ml Nồng độ trong xét nghiệm: Succinate buffer 90 mmol/L Bromocresol green (BCG) \leq 0,29 mmol/L Sodium hydroxide 50 mmol/L Phương pháp: BCG	Nhóm 3	Hộp	1	
2	HC-Cholesterol	Xét nghiệm bệnh tăng Lipid máu, gan nhiễm mỡ Thành phần đóng gói: 6x96,5ml Nồng độ trong xét nghiệm: Good's buffer (pH 6,4) 100 mmol/L Phenol 5 mmol/L 4-aminoantipyrine 0,3 mmol/L Cholesterol esterase (CHE) $>$ 3,2 μ kat/L Cholesterol oxidase (CHO) $>$ 1,67 μ kat/L Peroxidase (POD) $>$ 50 μ kat/L Phương pháp: CHOD-PAP	Nhóm 3	Hộp	2	

3	HC-LDL Direct	<p>Xét nghiệm xác định nồng độ LDL Cholesterol trong máu Thành phần đóng gói: R1: 2x37 ml + R2: 2x12 ml Nồng độ trong xét nghiệm: R1: Buffer Detergent 1 < 1.0% Cholesterol esterase (Pseudomonas sp.) < 1500 U/l Cholesterol oxidase (Cellulomonas sp.) < 1500 U/l Peroxidase (horseradish) < 1300 ppg U/l 4-aminoantipyrine < 0.1% Ascorbi acid oxidase (curcubita sp.) < 3000 U/l R2: Buffer < 1.0% Detergent 2 N,N-bis(sulfobutyl)-toluidine, disodium (DSBmT) < 1 mM Preservative Phương pháp: DIRECT</p>	Nhóm 3	Hộp	5
---	---------------	--	--------	-----	---


	<p>4 HC-Creatinine Enzymatic</p>	<p>Xét nghiệm chỉ số Creatinine trong huyết thanh. Thành phẩm đóng gói: R1: 3 x 48 ml + R2: 3 x 15.8 ml Nồng độ trong xét nghiệm: R1: Good's buffer ≤ 5% Creatinase ≤ 5% N-ethyl-N-(3-sulfo-propyl)-3-methylamine (ESPM) ≤ 5% Sarcosine oxidase ≤ 0.01% Ascorbate oxidase ≤ 1% Detergents, stabilizers and preservatives R2: Good's buffer ≤ 5% Creatinase ≤ 1% Peroxidase ≤ 5% 4-aminoantipyrine (4-AA) ≤ 0.01% Stabilizers and Preservatives Phương pháp: Enzymatic, Colorimetric</p>	<p>Nhóm 3</p>	<p>Hộp</p>	<p>3</p>
<p>Tổng cộng: 4 khoản</p>					

Yêu cầu cung cấp báo giá gửi về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế
Địa chỉ: 224 Bà Triệu, P. Quang Trung, TP Kon Tum.

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG VẬT TƯ

NGƯỜI LẬP BẢNG



W Văn Thiện

Cấp Nguyễn Anh Trường

Đỗ Thị Xuân