

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu

Đề nghị các nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu cung cấp báo giá các hàng hóa cụ thể:

Số TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kĩ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Kim dùng cho chạy thận nhân tạo	<ul style="list-style-type: none"> - Kim 16, 17G x 1", 25mm. - Có lỗ động mạch - Có cánh xoay, cánh cố định - Kim tráng silicone - Cánh bướm xoay được quanh kim, có back-eye, dây dài 300mm. 	Cái	3,000	
2	Bột khô pha dịch đậm đặc dùng cho máy chạy thận nhân tạo Bibag® 5008 loại 900g	Thành phần: Natri hydrogen carbonate 900g Chất liệu Bibag®: PP/PE, lớp ngoài: PE	Túi	41	
3	Phim khô Drystar DT2B 14x17 inch (35x43cm)	<ul style="list-style-type: none"> • Công nghệ in: khô, kỹ thuật số trực tiếp (Direct Digital Imaging - DDI), chất lượng hình ảnh đồng nhất, có độ nét cao • Thành phần: PET dày 168µm, phủ muối bạc và lớp chống trầy xước và chống ẩm • Độ dày quang học tối đa: ≥ 3.1 • Thích hợp với môi trường làm việc, thay phim dưới ánh sáng môi trường làm việc bình thường, phim không bị hư khi ánh sáng lọt vào, có thể lấy tờ phim ra khỏi khay phim mà không bị hư. Không có mùi hôi. • Tương thích với các máy in phim khô Model: Drystar 5301, Drystar 5302, Drystar 5503, Drystar AXYS. 	Tấm	1,500	


Tổng cộng : 03 khoản

Yêu cầu cung cấp báo giá gửi về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế
Địa chỉ: 224 Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

PHÒNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG XTTB Y T

NGƯỜI LẬP BẢNG



Võ Văn Thiện

Cấp Nguyễn Anh Phương

Phạm Thị Hồng Hậu