

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu

Đề nghị các nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu cung cấp báo giá các hàng hóa cụ thể:

Số TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bơm kim tiêm 1 ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml cỡ kim 26Gs1/2"; gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. Bơm tiêm đạt khoảng chết $\leq 0,03$ ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE.	Cái	4.200	
2	Bơm kim tiêm 3 ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 3 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. Pit tổng có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE.	cái	6.000	
3	Bơm kim tiêm 50 ml (tiêm)	Bơm tiêm nhựa dùng một lần 50ml, ốc xi lanh nhỏ lắp vừa kim tiêm các số. Pit tổng có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE.	cái	1.200	
4	Bơm tiêm sử dụng 1 lần, 20ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml, cỡ kim 23G; 25G. Pit tổng có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng; Bề mặt gioăng phẳng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE.	Cái	8.000	

5	Bơm tiêm Insulin 1ml	Cỡ kim 30G. Loại bơm tiêm: 1m; Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC	Cái	6,000
6	Dây truyền dịch	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5 ml. Có bầu cao su tiếp thuốc. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gây gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥ 1500 mm. Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luôn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE.	Bộ	8,000
Tổng cộng : 06 khoản				


Yêu cầu cung cấp báo giá gửi về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế

Địa chỉ: 224 Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

GIÁM ĐỐC

PHÒNG VTTTBYT

NGƯỜI LẬP BẢNG



Võ Văn Thiện

Cáp Nguyễn Anh Tường

Phạm Thị Hồng Hậu