

Kon Tum, ngày 12 tháng 4 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ


Kính gửi: Các nhà thầu

Đề nghị các nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu cung cấp báo giá các hàng hóa cụ thể:

Số TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Nhóm theo TT04	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Băng dạn khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ nội soi với thiết kế 3 chiều cao ghim dập khác nhau trong mỗi băng dạn P3H	Băng dạn khâu cắt nối nội soi dùng cho mô mỏng, mô mạch máu, mô trung bình đến mô dày, tích hợp với dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng với thiết kế 3 chiều cao ghim khác nhau theo thứ tự từ thấp đến cao lần lượt là: ghim trước khi đóng 2-2.5- 3-3.5-4mm, sau khi đóng 0.75-1.0-1.25- 1.5-1.75mm. Ghìm dập được làm bằng Titan. Dao cắt mới trên mỗi băng dạn. Chiều dài băng dạn 30/45/60mm. Tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA.	4	Cái		


2	Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng.	<p>Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gập góc 45° liên tục không khác mỗi bên. Có nút xoay 360°. - Thao tác kẹp mô linh hoạt, đóng hàm bằng dạn bằng cách bóp cò và mở hàm bằng dạn bằng cách gạt ngược cò súng. - Tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA 	4	Cái	2
Tổng cộng: 2 khoản					

Yêu cầu cung cấp báo giá gửi về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế
Địa chỉ: 224 Bà Triệu, P. Quang Trung, TP Kon Tum.



Yêu Văn Thiện

PHÒNG VẬT TƯ Y TẾ



Cấp Nguyễn Anh Trường

NGƯỜI LẬP BẢNG



Đỗ Thị Xuân