

Kon Tum, ngày 23 tháng 1 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Thị Xuân, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0367.566.869 ; địa chỉ email: thanhxuanbvkt87@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 23 tháng 1 năm 2024 đến trước 17h ngày 3 tháng 2 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 3 tháng 2 năm 2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Khớp háng bán phần không xi măng	<ol style="list-style-type: none"><li>Chuôi xương đùi:<ul style="list-style-type: none"><li>Chất liệu: Titanium</li><li>Kích cỡ chuôi 8-18mm bước tăng 1mm</li><li>Đầu trên của implant được phủ lớp titanium tinh khiết dày 0,35mm bằng công nghệ phủ plasmapore giúp gắn kết trực tiếp xương vào đầu trên của implant</li><li>Đầu trên của implant được thiết kế cánh mỏng ở liên máu chuyển lớn tạo điểm cố định vững chắc</li></ul></li><li>Chòm khớp háng:<ul style="list-style-type: none"><li>Chất liệu: Isodur (Cobalt-chromium)</li><li>Kích cỡ: 12/14. Đường kính 22.2; 28mm</li></ul></li></ol>	2	Bộ

		<p>3. Ô cối lưỡng cực:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Lớp vỏ kim loại bên ngoài và lớp lót polyethylen</li> <li>- Kích thước đường kính ngoài từ 41-46mm tương thích với các chỏm khớp 22,2mm</li> <li>- Kích thước đường kính ngoài từ 47-60mm tương thích với các chỏm khớp 28mm</li> <li>- Trọ cụ tương thích</li> <li>- Tiêu chuẩn ISO 13485, CE</li> </ul>		
<b>Tổng cộng : 01 khoản</b>				

2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 1,2.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.

5. Các thông tin khác (nếu có): không.



**Võ Văn Thiện**

**PHÒNG VTTTBYT**

**Cấp Nguyễn Anh Tường**

**NGƯỜI LẬP BẢNG**

**Đỗ Thị Xuân**