

Kon Tum, ngày 16 tháng 10 năm 2023

## **YÊU CẦU BÁO GIÁ**

### **Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

#### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Thị Hồng Hậu, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0705 109 979 ; địa chỉ email: Kimna1991@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày ..16... tháng ..10.. năm 2023 đến trước 17h ngày ..25... Tháng ..10.. năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ..25... tháng ..10.. năm 2023.


#### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục vật tư y tế:

<b>STT</b>	<b>Danh mục</b>	<b>Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật</b>	<b>Số lượng / khối lượng</b>	<b>Đơn vị tính</b>
1	Bộ catheter động mạch (ARTERIOFIX ARTERY)	Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đo huyết áp động mạch xâm lấn và lấy mẫu máu theo phương pháp Seldinger. - Gồm: Kim làm bằng thép không gỉ. Đường kính 20 G và 22G; dài 50 mm. - Catheter bằng Fluorinated ethylene propylene (FEP), bề mặt trơn và ngăn hình thành huyết khối. Kích cỡ 20 G (1.08 mm) và 22 G (0,87 mm), dài 80 mm. - Dây dẫn đường bằng thép không gỉ, đường kính 0,021" và 0.025", dài 25 cm.	2	Bộ

		Có khoá luer lock để cố định. - Đóng gói riêng lẻ, Tiệt trùng - Tiêu chuẩn ISO, CE		
2	RADIFOCUS Introducer II (A kit)	Bao gồm các thành phần sau: * Kim luồn chọc mạch cỡ 18G * Dây dẫn: - Đường kính: 0.035" - Chiều dài: 45 cm * Bơm tiêm cỡ 2.5 ml * Introducer Sheath: - Van cầm máu hình chữ thập kiểu ""Cross-Cut"" - Kích thước: Cỡ 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr - Chiều dài: 10 cm - Chất liệu: làm bằng ETFE (ethylene tetrafluoroethelene) * Que nong: - Chất liệu: Poly propylene Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC	2	Cái
	<b>Tổng cộng : 2 khoản</b>			

2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 10,11
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.
5. Các thông tin khác (nếu có): không.



Võ Văn Thiện

PHÒNG VTTTBYT

Cáp Nguyễn Anh Tường

NGƯỜI LẬP BẢNG

Phạm Thị Hồng Hậu