

Kon Tum, ngày 13 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Thị Hồng Hậu, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0705 109 979 ; địa chỉ email: Kimna1991@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày ..13... tháng ..10.. năm 2023 đến trước 17h ngày ...22.. Tháng ..10.. năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ..22... tháng ..10.. năm 2023.


II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng / khối lượng	Đơn vị tính
1	Phổi nhân tạo ECMO cho bệnh nhân trên 20kg (có kèm bộ dây dẫn)	BE-PLS 2051	1	Bộ

2	Có nối 3 nhánh chữ Y PerfX có hoặc không có khóa luer	<p>Ông nối chữ Y, dùng kết nối hệ thống dẫn lưu</p> <p>-Chất liệu: nhựa carbonate trong suốt</p> <p>-Kích cỡ: 1/4x1/4x1/4; 1/2x3/8x3/8; 3/8x3/8x3/8; 1/4 x 3/16 x 3/16; /8x3/8x1/4...</p> <p>-Đặc tính; chữ Y, 3 đầu male, tương thích với hệ thống dây nối của Bệnh viện, có hoặc không có khóa luer lock.</p> <p>-Tiệt khuẩn</p> <p>-Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn,Châu Âu)</p>	2	Cái
3	Co nối thẳng PerfX có hoặc không có khoá luer lock các cỡ	<p>Ông nối thẳng dùng để kết nối hai ống truyền dịch với nhau trong bộ dây tim phổi nhân tạo HLP Chất liệu Polycarbonate, PVC.</p> <p>Đặt tính: co nối thẳng có hoặc không có khoá luer lock. Tương thích với hệ thống dây nối của Bệnh viện.Kích cỡ: 1/4x1/4x1/4; 1/2x3/8x3/8; 3/8x3/8x3/8; 1/4 x 3/16 x 3/16; /8x3/8x1/4... Đóng gói tiệt khuẩn. -Tiêu chuẩn chất lượng: ISO CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)</p>	2	Cái
4	Co nối thẳng PerfX Male- Male	<p>Ông nối thẳng dùng để kết nối hai ống truyền dịch với nhau trong bộ dây tim phổi nhân tạo HLP Chất liệu Polycarbonate, PVC - kích cỡ male - male Tương thích với hệ thống dây nối của Bệnh viện. Đóng gói tiệt khuẩn. -Tiêu chuẩn chất lượng: ISO CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)</p>	2	Cái
Tổng cộng : 4 khoản				

- Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.
- Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 10,11
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.
- Các thông tin khác (nếu có): không.



Võ Văn Thiện

PHÒNG VTTTBYT

(Handwritten signature)

Cáp Nguyễn Anh Tường

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Handwritten signature)

Phạm Thị Hồng Hậu