

Kon Tum, ngày 16 tháng 1 năm 2024

## **YÊU CẦU BÁO GIÁ**

### **Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

#### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Thị Hồng Hậu, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0705 109 979 ; địa chỉ email: Kimna1991@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày ...16.. tháng .1... năm 2024 đến trước 17h ngày ...25.. Tháng ..1.. năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ...25.. tháng ..1.. năm 2024

#### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục vật tư y tế:

| <b>STT</b> | <b>Danh mục</b>                          | <b>Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật</b>  | <b>Số lượng / khối lượng</b> | <b>Đơn vị tính</b> |
|------------|--|--|------------------------------|--------------------|
| 1          | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng 7 Fr | Chất liệu PU tương thích sinh học mềm chống xoắn hạn chế tổn thương. Guide wire OD 0.035 inch, dài 50cm, thiết kế thanh trượt dễ dàng sử dụng với đầu dạng chữ J, không độc, không chất cao su tăng an toàn cho bệnh nhân. Kim Y dẫn đường hạn chế mất máu và nhiễm trùng. Nút đập an toàn có van 1 chiều, không dùng kim bơm thuốc tăng an toàn. Tốc độ chảy 2 nhánh (7FR 14G: 95ml/phút, 18G: 38ml/phút), cản quang, tiệt trùng EO | 2                            | Bộ                 |

|                            |                              |   |       |    |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|----|
| 2                          | Bộ dây lọc máu thận nhân tạo | Dây máu chạy thận có kèm 2 bộ bảo vệ cảm biến, 1 túi nước thải, 1 dây truyền dịch. Thể tích làm đầy: 164 mL | 1,560 | Bộ |
| <b>Tổng cộng : 2 khoản</b> |                              |   |       |    |

2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 1, 2/2024
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.
5. Các thông tin khác (nếu có): không.



**Võ Văn Thiện**

**PHÒNG VTTTBYT**

**Cấp Nguyễn Anh Tường**

**NGƯỜI LẬP BẢNG**

**Phạm Thị Hồng Hậu**