

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Thị Xuân, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0367.566.869 ; địa chỉ email: thanhxuanbvkt87@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 20 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2024.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Đinh nội tủy xương đùi ngắn các cỡ, chất liệu titan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chất liệu Ti-6Al-4V</li><li>- Đường kính đầu đinh: 16.5mm</li><li>- Đường kính thân đinh 9.3/10/11/12mm, Chiều dài 170/200/240mm, góc CCD( Góc vít và thân đinh) 130 độ</li><li>- Đầu đinh hướng ra ngoài 5 độ phù hợp với góc cong máu chuyển lớn</li><li>- Độ dày thành đinh ( Một mặt: 2.5mm đối với đinh có đường kính 9.5mm; 2.75mm đối với đinh có đường kính 10mm; 3.25mm đối với đinh có đường kính 11mm; 3.75mm đối với đinh có đường kính 12mm)</li><li>- Đường kính trong đinh 4.5mm</li><li>- Bán kính cong: R1600 - 2500</li><li>- Tiêu chuẩn ISO 13485</li></ul>	4	Cái


2	Vít chốt cổ xương đùi ngắn các cỡ, chất liệu titan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu Ti-6Al-4V</li> <li>- Chế độ khóa 1 lưỡi chống xoay ( Anti-rotation blade)</li> <li>- Đường kính thân 10.3mm</li> <li>- Đường kính trục 8.3</li> <li>- Chiều dài 70-120mm</li> <li>- Tiêu chuẩn ISO 13485</li> </ul>	10	Cái
3	Vít khóa đỉnh nội tủy các cỡ, chất liệu titan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu Titanium Alloy</li> <li>- Đường kính thân 4.5/5.0mm, chiều dài 26 - 90mm đối với vít có đường kính 4.5mm, chiều dài 26 - 100mm đối với vít có đường kính 5.0mm</li> <li>- Đường kính lõi: 4/4.3mm</li> <li>- Tiêu chuẩn ISO 13485</li> </ul>	60	Cái
<b>Tổng cộng : 03 khoản</b>				

2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 6,7/2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.

5. Các thông tin khác (nếu có): không.



**Võ Văn Thiện**

**PHÒNG VTTTBYT**

**Cáp Nguyễn Anh Tường**

**NGƯỜI LẬP BẢNG**

**Đỗ Thị Xuân**