

Kon Tum, ngày 29 tháng 3 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Thị Xuân, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0367.566.869 ; địa chỉ email: thanhxuanbvkt87@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến trước 17h ngày 9 tháng 4 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 9 tháng 04 năm 2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Kim chọc dò đốt sống với đầu kim loại chống sóc các cỡ	<p>Kim chọc dò đốt sống với đầu kim loại chống sóc các cỡ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Mũi kim vát hoặc mũi kim cương, loại có khóa ở tay cầm.</li><li>Phần cán làm bằng nhựa, phần kim làm bằng thép không gỉ.</li><li>Kim chọc dò gồm tối thiểu các loại 9G, 11G, 13G và 15G, dài 120mm và 150mm.</li><li>Có đường đánh dấu laser trên thân cho phép kiểm soát độ sâu.</li><li>Có đầu nối Luer Lock.</li></ul>	7	cái

2	Bộ dụng cụ bơm Xi măng tạo hình thân đốt sống	Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống, bao gồm xi măng, bộ trộn và phân phối xi măng: - Xi măng tạo hình đốt sống gồm 20g bột có thành phần 67,50% Polymethylmethacrylate, 30% Barium sulphate, 2,5% Benzoyl peroxide đựng sẵn trong ống trộn xi măng dạng xy ranh và 9,4g chất lỏng có thành phần 99,1% Methylmethacrylate, 0,9% N,N-dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone 75 ppm. - Bơm áp lực đẩy xi măng dạng súng và dây nối kim chọc dò.	7	Bộ
<b>Tổng cộng : 02 khoản</b>				

2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 3,4.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.
5. Các thông tin khác (nếu có): không.



**Võ Văn Thiện**

**PHÒNG VTTTBYT**

**Cáp Nguyễn Anh Tường**

**NGƯỜI LẬP BẢNG**

**Đỗ Thị Xuân**