

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Thị Xuân, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0367.566.869 ; địa chỉ email: thanhxuanbvkt87@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến trước 17h ngày 10 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2024.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Test kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước	<ul style="list-style-type: none"><li>Kích thước: 129mmx 113mm</li><li>Kiểm soát hiệu quả loại bỏ không khí của nồi hấp tiệt trùng hơi nước tiên chân không ở 134°C</li><li>Tương thích với ISO 11140-4, chỉ thị hóa học nhóm 2.</li><li>Gói thử Bowie&amp;Dick test đóng sẵn bao gồm nhiều lớp giấy thấm và một miếng chỉ thị B&amp;D ở giữa, bọc lại bằng giấy crepe.</li><li>Công thức không chứa chì</li><li>Chỉ thị đổi màu từ vàng sang màu đen hoàn toàn chứng tỏ quá trình loại bỏ không khí của nồi hấp đạt.</li><li>Chỉ thị đổi màu rõ ràng và vĩnh viễn không phai theo thời gian.</li><li>Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất</li></ul>	450	Gói

2	Test kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm soát chu trình tiệt trùng bằng hơi nước</li> <li>- Tương thích với ISO 11140-1,</li> <li>- Màu sắc thay đổi nhất quán dễ dàng đọc kết quả</li> <li>- Công thức không chứa chì.</li> <li>- Hạn sử dụng: 24 tháng</li> </ul>	720	Test
3	Nước javen	Có màu hơi xanh, có mùi đặc trưng	900	Lít
Tổng cộng : 03 khoản				

2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 7,8/2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.

5. Các thông tin khác (nếu có): không.



**Võ Văn Thiện**

**PHÒNG VTTTBYT**

**Cáp Nguyễn Anh Tường**

**NGƯỜI LẬP BẢNG**

**Đỗ Thị Xuân**