

Kon Tum, ngày 3 tháng 6 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Thị Xuân, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0367.566.869 ; địa chỉ email: thanhxuanbvkt87@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 3 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h ngày 13 tháng 6 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Túi máu đơn 250ml	<p>-Thể tích 250ml và có kích thước 130mm. Túi có 35ml dung dịch chống đông CPDA-1 (trong 100ml CPDA-1 chứa: Citric Acid (Anhydr.): 0,299g; Sodium Citrate (Dihydr.): 2,63g, Monobasic Sodium Phosphate (Monohydr.): 0,222g, Dextrose (Monohydr.): 3,19g), Adenine 0,0275 g. . Ống dây nhận máu: dài 980 ± 40 mm, đường kính ngoài 4,4mm và đường kính trong 3,0mm. . Có kẹp Polycetal ép phun, có 12 đoạn ống nhận máu. . Bộ mã vạch ISBT 128 trên nhãn túi. . Sức bền của túi: Sức chịu lực ly tâm (Centrifugation resistance): 5000g trong 10 phút Sức chịu áp suất (Pressure resistance): 0.7kg/cm2 trong 10 phút Sức chịu nhiệt độ (Thermal resistance): trong khoảng -80°C tới $37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}$ -Mã SP: Teruflex ACDA-1 Single blood bag</p>	200	Túi

2	Túi máu ba 250ml	<p>-Bao gồm 03 túi, thể tích mỗi túi 250ml và có kích thước 130±5mm.</p> <p>Túi 1: có 35ml dung dịch chống đông CPD (trong 100ml CPD chứa: Citric Acid (Anhydr.): 0,299g; Sodium Citrate (Dihydr.): 2,63g, Monobasic Sodium Phosphate (Monohydr.): 0,222g, Dextrose (Monohydr.): 2,55g).</p> <p>Túi 2: túi chuyên</p> <p>Túi 3: chứa 56ml dung dịch bảo quản hồng cầu AS-5 (trong 100ml dung dịch AS-5 chứa: Sodium Chloride: 0,877g; Dextrose (Anhydr.): 0,818g; Adenine: 0,03g; Mannitol: 0,525g). Ống dây lấy máu dài 980 ± 40 mm, có 12 đoạn ống nhận máu, có kẹp Polycetal ép phun.</p> <p>. Ống nhận và chuyên có đường kính ngoài 4,4mm và đường kính trong 3mm.</p> <p>.Bộ mã vạch ISBT 128 trên nhãn túi.</p> <p>.Sức bền của túi:</p> <p>Sức chịu lực ly tâm (Centrifugation resistance): 5000g trong 10 phút</p> <p>Sức chịu áp suất (Pressure resistance): 0.7kg/cm2 trong 10 phút</p> <p>Sức chịu nhiệt độ (Thermal resistance): trong khoảng -80°C tới 37°C ±2</p> <p>-Mã SP: Teruflex CPD/ AS-5 Triple blood bag/3AO256E8</p>	800	Túi
Tổng cộng : 02 khoản				

2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 6,7/2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.

5. Các thông tin khác (nếu có): không.



Võ Văn Thiện

PHÒNG VTTTBYT

(Signature)

Cáp Nguyễn Anh Tường

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Signature)

Đỗ Thị Xuân