

Kon Tum, ngày 3 tháng 7 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Thị Xuân, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0367.566.869 ; địa chỉ email: thanhxuanbvkt87@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 3 tháng 7 năm 2024 đến trước 17h ngày 13 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2024.


II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Hóa chất phân tích khí máu	CartridgeIQM khí máu, điện giải, Glu,Lac và Hct -150 tests 3tuần Đo các thông số:pH, pCO2,pO2, Hct,Na+, K+,Ca++,Glucose và Lactate	2	Hộp
2	Xét nghiệm miễn dịch enzyme (ELISA) phiên bản 4.0 cho sự phát hiện kháng thể kháng vi-rút viêm gan C trong huyết thanh và huyết tương người	Xét nghiệm miễn dịch enzyme (ELISA) phiên bản 4.0 cho sự phát hiện kháng thể kháng vi-rút viêm gan C trong huyết thanh và huyết tương người Thành phần bộ xét nghiệm: Khay vi giếng phủ với peptide lõi, peptide NS3, NS4 và NS5 tái tổ hợp; chứng âm; chứng dương; chất hiệu chuẩn; đệm rửa đậm đặc; enzyme liên hợp; cơ chất; dung dịch pha loãng xét nghiệm; acid sulfuric; pha loãng mẫu; miếng dán khay Tổng thời gian ủ 105 phút, Đọc kết quả ở bước sóng 450nm Độ đặc hiệu chẩn đoán: 100% Độ nhạy chẩn đoán: 100% Độ ổn định: từ 2-8°C trong 18 tháng	288	test

3	Xét nghiệm dùng cho sự định tính của các kháng thể (IgG, IgM và IgA) kháng Treponema Pallidum	<p>Xét nghiệm dùng cho sự định tính của các kháng thể (IgG, IgM và IgA) kháng Treponema Pallidum</p> <p>Thành phần bộ xét nghiệm: Khay vi giếng được phủ với các kháng nguyên tổng hợp Treponema pallidum được tinh sạch (p15, p17 và p47), chứng âm, chứng dương, chất hiệu chuẩn, đệm rửa đậm đặc, chất enzyme liên hợp, chất tạo màu/ cơ chất, axit sulfuric, miếng dán khay vi giếng</p> <p>Độ nhạy phân tích: >0.0025 IU/ml</p> <p>Độ đặc hiệu chẩn đoán: 100%</p> <p>Độ nhạy chẩn đoán: 100%</p> <p>Độ ổn định: từ 2-8°C trong 15 tháng</p>	384	test
Tổng cộng : 3 khoản				

2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 7,8/2024.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.
5. Các thông tin khác (nếu có): không.



Võ Văn Thiện

PHÒNG VTTTBYT

Cáp Nguyễn Anh Tường

NGƯỜI LẬP BẢNG

Đỗ Thị Xuân