

Kon Tum, ngày 9 tháng 4 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Thị Xuân, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0367.566.869 ; địa chỉ email: thanhxuanbvkt87@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 9 tháng 4 năm 2024 đến trước 17h ngày 19 tháng 4 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Bộ khớp háng toàn phần, chuyên động kép chuỗi HYPE với ổ cối loại Novae Coptos TH	1) Ổ cối: Ổ cối thiết kế chuyển động kép đặc biệt thích hợp cho phẫu thuật thay lại nhờ độ vững và khả năng giảm thiểu trật khớp. Trên vành ổ cối có 2 quai mỗi quai bắt 2 vít và 1 móc cố định nằm sau bờ ổ cối làm tăng độ vững chắc, 2 vít tán bên trong ổ cối tại vị trí xương mu và xương ngồi (vít tán có chiều dài 14mm, được phủ chất Alumina giúp giảm sự ăn mòn). Vật liệu: thép không gỉ X18M25W, toàn bộ bề mặt ngoài ổ cối được phủ 1 lớp Titanium (đày 150μ) và lớp kích thích mọc xương Hydroxyapatite (đày 6μ) lớp phủ kép này làm tăng sự ổn định và tuổi thọ của ổ cối. Kích cỡ 43mm-73mm (bước tăng 2mm).	1	Bộ

	<p>2) Lót ổ cối: chuyên động kép. Vật liệu Polyethylene cao phân tử UHMWPE. Đường kính 22.2mm/28mm.</p> <p>3) Cuồng xương đùi: Vật liệu hợp kim Titanium TA6V phun một lớp phủ kép bằng công nghệ plasma gồm 1 lớp Titanium dày 150µm và 1 lớp kích thích mọc xương Hydroxyapatite (HA) dày 80µm trên toàn bộ bề mặt chuôi. Có 8 rãnh chống lún mỗi bề mặt trước và sau; có 4 rãnh chống xoay mỗi bề mặt trước và sau, các rãnh này cho phép xương tiếp xúc với diện tích bề mặt lớn hơn. 7 gờ răng cưa trên bề mặt giữa phần Hành Xương giúp ngăn chặn sự di chuyển dọc trục của chuôi. . Góc cổ thân 130 độ. Cổ chuôi đầu gắn chôm có đường kính taper 12/14mm. Chiều dài cổ từ 38mm-48mm. Kích cỡ/chiều dài:</p>		
Tổng cộng : 01 khoản			

- Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.
- Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 4,5.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.
- Các thông tin khác (nếu có): không.



Võ Văn Thiện

PHÒNG VTTTBYT

Cáp Nguyễn Anh Tường

NGƯỜI LẬP BẢNG

Đỗ Thị Xuân