

Kon Tum, ngày 25 tháng 7 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Thị Xuân, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0367566869 ; địa chỉ email: thanhxuanbvkt87@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h30 ngày 25.. tháng ..7.. năm 2024 đến trước 17h ngày ...04.. Tháng ..8.. năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ...04.. tháng ..8.. năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế:

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng / khối lượng | Đơn vị tính |
|-----|-------------------------------------|---|-----------------------|-------------|
| 1 | Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 20ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml, cỡ kim 23G; 25G. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng; Bề mặt gioăng phẳng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE. | 8,000 | Cái |
| 2 | Kim chọc dò tủy sống số 27G x 3.1/2 | Đầu kim Quinke 3 mặt vát dài 3 1/2" G27, sắc bén. Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE | 400 | Cái |


| | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--|--------|-----|
| 3 | Băng cá nhân | Sợi vải đàn hồi: Viscose và polyamide phủ keo oxid kẽm, miếng gạc thấm hút bằng sợi viscose, phủ lớp chống dính polyethylene, thấm hút $\geq 500\%$, lực dính 2,2-9,4 N/cm, có kiểm tra vi sinh..Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 4,080 | Cái |
| 4 | Găng phẫu thuật tiệt trùng các số | Chất liệu: cao su tự nhiên chất lượng cao. Loại có bột: từng tay riêng biệt; bề mặt nhám; se viền cổ tay; màu trắng tự nhiên, sử dụng bột bấp biến tính được chấp thuận bởi FDA, loại USP. Tiêu chuẩn chất lượng: phù hợp với các tiêu chuẩn ASTM D3577; Tiệt trùng bằng khí E.O; Đã kiểm tra chỉ tiêu vi sinh trước và sau tiệt trùng; Không gây dị ứng, làm giảm các sự dị ứng tiềm năng; Sử dụng bột bấp biến tính được chấp thuận bởi FDA; Size: 6.5, 7.0, 7.5, (8.0); Đóng gói: 1 đôi/ túi; 50 túi/ hộp; 8 hộp/ thùng; Chiều dài: 280+/-5 min; Hàm lượng bột: 10mg/dm ² ; Hàm lượng protein: 200µg/dm ² ; Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min; Sau lão hóa: 18Mpa min. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | 10,800 | Đôi |
| Tổng cộng : 4 khoản | | | | |

2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 8,9/2024

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.

5. Các thông tin khác (nếu có): không.



Võ Văn Thiện

PHÒNG VTTTBYT

Cáp Nguyễn Anh Tường

NGƯỜI LẬP BẢN

Đỗ Thị Xuân

