

Kon Tum, ngày 26 tháng 7 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Thị Xuân, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0367566869 ; địa chỉ email: thanhxuanbvkt87@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h30 ngày 26.. tháng ..7.. năm 2024 đến trước 17h ngày ...05.. Tháng ..8.. năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ...05.. tháng ..8.. năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng / khối lượng	Đơn vị tính
1	Mạch máu nhân tạo ePTFE (VASCUGRAFT NEO 40 CM SW)	Mạch máu nhân tạo loại Vascugraft Neo - Được sản xuất từ vật liệu Polytetrafluoroethylene dạng bột (ePTFE). - Thiết kế thành mạch độc đáo với những thớ dài ngắn khác nhau được chọn lựa trước nhằm hạn chế thấp nhất khả năng hình thành huyết khối. - Thêm lớp ePTFE bao ngoài hỗ trợ tăng cường duy trì mũi khâu và sức bung cao. - Độ bền kéo dọc ≥ 200 N - Áp lực nước vào ≥ 300 mm Hg - Sức căng gây vỡ mạch ≥ 5 bar. Lực giữ vết khâu $\geq 2,5$ N - Độ dày loại thành mỏng (TW): 0,4 mm và độ dày loại thành chuẩn (SW): 0,7 mm - Đường kính 6, 7, 8 MM, dài 40 CM	2	Cái


2	Bộ quả lọc máu liên tục có gắn heparin OXIRIS	<p>Quả lọc máu liên tục có gắn Heparin OXIRIS kèm bộ dây dẫn có 3 chức năng: loại bỏ Cytokine, loại bỏ nội độc tố, lọc máu liên tục (loại bỏ dịch và độc tố Urê huyết)</p> <p>Chất liệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Màng lọc cấu tạo 3 lớp: <ul style="list-style-type: none"> Sợi rỗng AN69 (Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer): giúp hấp phụ các Cytokine PolyethyleneImine (PEI): giúp hấp phụ Nội độc tố Bề mặt sợi lọc được gắn heparin (4500+/- 1500 IU/m²): giảm khả năng tạo huyết khối ở màng Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate Vách đầu quả lọc: Polyurethane Ống dẫn: plasticized polyvinyl chloride (PVC) Cartridge: PETG Phương pháp tiệt trùng: EtO (ethylene oxide) <p>Thông số kỹ thuật của quả lọc</p> <ul style="list-style-type: none"> TMP tối đa* (mmHg/kPa): 450/60 Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 Thể tích máu trong quả lọc (±10%): 193 ml Diện tích màng: 1,5m² Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm 	3	Bộ
Tổng cộng : 2 khoản				

2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 8,9/2024

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.

5. Các thông tin khác (nếu có): không.



Võ Văn Thiện

PHÒNG VTTTBYT

Cáp Nguyễn Anh Tường

NGƯỜI LẬP BẢNG

Đỗ Thị Xuân