

Kon Tum, ngày 2 tháng 7 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Thị Hồng Hậu, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0705 109 979 ; địa chỉ email: Kimna1991@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày ...2. tháng ..7. năm 2024 đến trước 17h ngày ..11.. Tháng ..7.. năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ...11.. tháng ..7.. năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng / khối lượng	Đơn vị tính
1	Buồng tiêm cấy dưới da bằng Titanium hoặc tương đương	Buồng tiêm truyền cấy dưới da dùng được cho trẻ em và người lớn. Có đủ các kích thước nhỏ ($\leq 2,9g$), vừa ($\leq 5g$) và lớn ($\leq 7.6g$) Dùng để truyền thuốc, hóa chất, dinh dưỡng, máu và các sản phẩm từ máu, lấy máu xét nghiệm. - Chất liệu: titanium +POM - Áp suất tối đa: 325psi. - Catheter có chiều dài : $60 \pm 5\%$ (cm), vật liệu bằng Silicone hoặc Polyurethane. Kích cỡ: 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F - Có 2 vòng kết nối cản quang - Tương thích CT, MRI Tiêu chuẩn CE, EN ISO 13485:2016	10	Bộ


2	Kim an toàn dùng cho buồng tiêm cấy dưới da	Cấu tạo gồm: kim huber cong, thiết kế gọn nhẹ, kèm miếng đệm xốp, đầu bảo vệ đầu kim sau sử dụng. Kim huber thao tác bằng 1 tay, tạo áp lực dương tự động lúc rút ra, giúp giảm 16,89 lần nguy cơ tổn thương do kim Kích thước 19-22G, đường kính kim 0,7-1,1mm, chiều dài kim 15-35mm. Tương thích MRI. Không chứa latex, phtalate. Hạn sử dụng : 5 năm	24	cái
Tổng cộng : 2 khoản				

2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 7,8/2024

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.

5. Các thông tin khác (nếu có): không.



Võ Văn Thiện

PHÒNG VTTTBYT

Cáp Nguyễn Anh Tường

NGƯỜI LẬP BẢNG

Phạm Thị Hồng Hậu