

Kon Tum, ngày 27 tháng 5 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Thị Hồng Hậu, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0705 109 979 ; địa chỉ email: Kimna1991@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày ...27.. tháng ..5.. năm 2024 đến trước 17h ngày ...5.. Tháng ..6.. năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ...5.. tháng ..6.. năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng / khối lượng	Đơn vị tính
1	Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml	Bơm tiêm nhựa dùng một lần 50ml, đốc xi lanh nhỏ lắp vừa kim tiêm các số. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE.	3,600	Cái
2	Gạc PTOB 30x40x6 lớp CQ, TT	Dệt bằng sợi cotton 100%, màu trắng không hồ, không sử dụng chất nhuộm màu, không mùi vị, không lẫn tạp chất, không dính xơ bụi bẩn. Tốc độ hút nước: ≤ 8s. Khả năng hút nước: ≥ 100g. Giới hạn acid - kiềm (PH): Không màu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	3,500	Miếng
3	Kim chọc dò tủy sống số 27G x 3.1/2	Đầu kim Quinke 3 mặt vát dài 3 1/2" G27, sắc bén. Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE	500	Cái


4	Kim l�n t�nh mạch an toàn không có cổng tiêm thuốc 24G 0,7 x 19 mm	Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau. Catheter nhựa Có 4 đường cảm quang ngầm. vật liệu FEP-Teflon. Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền. Kim l�n có cánh, không cửa, tốc độ chảy 22ml/phút, Tốc độ chảy 1320 ml/giờ. Đường kính và độ dài catheter: 0.7mm x 19mm. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2012. Chứng nhận CE, ISO 10555. Bằng sáng chế : 1-0016123 (Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam). Chứng nhận 510 của FDA	800	Cây
5	Kim l�n TM số 22	Kim bằng kim loại rất sắc và siêu mỏng. Kim bằng nhựa FEP (Teflon) có tính đàn hồi cao không bị gãy gập. Trên kim nhựa có 2 đường cảm quang. Cành nhựa mềm dẻo. Có cửa để tiêm thuốc. Số 22G. Đóng gói riêng vô trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	3,000	Cái
Tổng cộng : 5 khoản				

2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 6,7/2024

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.

5. Các thông tin khác (nếu có): không.



Võ Văn Thiện

PHÒNG VTTTBYT

Cấp Nguyễn Anh Tường

NGƯỜI LẬP BẢNG

Phạm Thị Hồng Hậu